

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUITÉRIA-CE



**PROPOSTAS DO PROCESSO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE01300522SE**  
Processo Administrativo Nº PE 01.300522 - SESA  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBÓ  
Data de Publicação: 13/06/2022 09:30:03

**LOTE 1**

Item: 1                      Quant.: 1                      Unidade: UNIDADE                      Val. Ref.: 191.350,00

Descrição: CARRO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. SENSOR ÚNICO E UNIVERSAL, SISTEMA DE ANESTESIA COMPLETO, MICROPROCESSADO PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. PARA SER UTILIZADO EM AMBIENTE DE EMERGÊNCIA, CENTRO DE PARTO E CIRÚRGICO, PARA PROCEDIMENTO DE ANESTESIA, COMPOSTO POR RACK, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, MONITORAÇÃO E ACESSÓRIOS. CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, INTERFACE. DOTADO DE GAVETA E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O<sub>2</sub> E N<sub>2</sub>O, BLOCO DE FLUXOMÊTRO TRANSPARENTE RETROILUMINADO COM ESCALA DE ALTO E BAIXO FLUXO PELO MENOS PARA OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO OU DIGITAL. TUBULAÇÃO INTERNA DIFERENCIADA PARA CADA GÁS E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O<sub>2</sub>, FLUXO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 35L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTES; ENTRADA DE O<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O E AR COMPRIMIDO DE ROSCA PADRÃO. FILTRO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (INCLUSIVE SENSORES DE FLUXO), CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES, VENTILAÇÃO MANUAL E AJUSTE DE PRESSÃO DA VÁLVULA APL DE 5 A 70CMH<sub>2</sub>O. O APARELHO DEVE POSSUIR PISTÃO OU FOLE INTEGRADO AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, OPERANDO DE FORMA PASSIVA ASCENDENTE COM CAMPÂNULA GRADUADA. POSSIBILIDADE DE ACOPLAR O<sub>2</sub> VAPORIZADORES CALIBRADOS, COM UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA E QUE OS O<sub>2</sub> TENHAM LIGAÇÃO COM SISTEMA DE FLUXO DE GASES; DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO. VENTILADOR PULMONAR COM TELA COLORIDA, QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NOS SEGUINTE MODOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL/ESPONTÂNEA. ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 20 A 1400ML, FREQUÊNCIA 5 A 70RPM, FLUXO INSPIRATÓRIO 5 A 100L/MIN, PRESSÃO SUPORTE 5 A 40, PEEP DE 5 A 20CMH<sub>2</sub>O PARA PACIENTES COM DISTÚRBIOS VENTILATÓRIOS QUE NECESSITEM DE ALTOS VALORES DE PEEP, PAUSA INSPIRATÓRIA DE 5 A 50%, RELAÇÃO I:E DE 4:1 A 1:4, DISPARO POR FLUXO OU PRESSÃO PARA MELHOR SINCRONIA PAC



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUITÉRIA-CE

Autor	Marca/Modelo	Valor
V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	TAKAOKA / SAT-500	190.000,00
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMEN / AX-400	191.300,00
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	TAKAOKA	191.350,00
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMEN / AX400	191.350,00
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	KTK (TAKAOKA)	191.350,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	mindray / wato-35	191.350,00
BH LABORATORIOS LTDA EPP	COMEN / AX-400	191.350,00
MEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	COMEM / AX400	191.349,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	ktk / ktk	287.025,00
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	MINDRAY / WATO EX 30	190.000,00

**LOTE 2**

Item: 2      Quant.: 2      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 66.650,00

Descrição: DESFIBRILADOR - 1 BOTÃO PARA ALTERNAR OS MODOS ENTRE DESFIBRILAÇÃO MANUAL, ESTIMULAÇÃO E DEA. 25 TIPOS DE SELEÇÃO DE ENERGIA. O LS PODE COMPLEMENTAR A SELEÇÃO DE ENERGIA, GARANTINDO TOTALMENTE O TEMPO DE RESGATE. 3 ETAPAS PARA COMPLEMENTAR A DESFIBRILAÇÃO OPERAÇÃO (SELEÇÃO DE ENERGIA - CARGA - DESCARGA). 1 BOTÃO PARA SELECIONAR A DESCARGA DE 12 DERIVAÇÕES INTERFACE DE MONITORIZAÇÃO. AS PÁS DE ELETRODO 2 EM L PODEM SER DIVIDIDAS EM ELETRODO GRANDE E ELETRODO PEQUENO PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DE ADULTOS E CRIANÇAS, RESPECTIVAMENTE. 1 PAR DE PÁS DE ELETRODOS PARA A OPERAÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO. SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 360J. PARA PACIENTES COM ALTOS LIMIARES DE DESFIBRILAÇÃO (POR EXEMPLO, INFARTO DO MIOCÁRDIO, OBESIDADE, ALTA IMPEDÂNCIA), UMA MAIOR SELEÇÃO DE ENERGIA INDICA MAIORES TAXAS DE SUCESSO DE DESFIBRILAÇÃO. COBRE UMA FAIXA DE IMPEDÂNCIA DE 20-250 Ω, ADEQUADO PARA VÁRIOS PACIENTES. MAIOR EFICIÊNCIA COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA (BTE) E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA. INTENSIDADE DOS CHOQUES: MÍN: 1 J; MÁX: 360 J; 200 J

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUITÉRIA-CE




Autor	Marca/Modelo	Valor
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	COMEN	66.650,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CMOS DRAKE / CMOS DRAKE	66.650,00
V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	NIHON KOHDEN / TEC-5631	65.000,00
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CMOS DRAKE / MDEA+360J	133.299,00
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	CMOS DRAKE	66.650,00
BH LABORATORIOS LTDA EPP	CMOS DRAKE / VIVO	66.650,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	instramed / instramed	99.975,00
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMEN / S8	60.000,00
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMEN / S8	66.600,00
BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICOS LTDA	cmosdrake / VIVO MARC + IMPR + MDEA	59.820,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	CMOS DRAKE / LIFE 400	66.650,00
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	INSTRAMED / CARDIOMAX IP44+ MP+PRINTER	66.650,00
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	CMOS DRACK / VIVO	66.000,00

**LOTE 3**

Item: 3      Quant.: 4      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 16.017,50

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO - MODO DE INJEÇÃO • MODO DE TAXA • MODO DE GOTEJAMENTO • MODO DE TEMPO • MODO DE PESO CORPORAL • MODO SEQUENCIAL • MODO DE MICRO • MODO GRADIENTE. NÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO 20 D/ML; 60 D/ML. PRECISÃO: ± 5% (± 3% PARA EQUIPOS CALIBRADOS). TAXA DE INFUSÃO E PASSO: 0,1 ML/H - 99,99 ML/H, PASSO: 0,01 ML/H; • 100,0 ML/H - 999,9 ML/H, PASSO: 0,1 ML/H; • 1000 ML/H - 1500 ML/H, PASSO: 1 ML/H; VOLUME 0,01 - 9999,99 ML; 0,01 ML DE INCREMENTO. TAXA KVO O MODO MANUAL E O MODO AUTOMÁTICO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO; O MODO PADRÃO É O MODO MANUAL. FAIXA DE CONGURAÇÃO NO MODO MANUAL: 0.1- 5.0ML/H; PADRÃO: 1.0ML/H NO MODO AUTOMÁTICO, QUANDO A TAXA DENIDA É MAIOR OU IGUAL A 10 ML/H, A TAXA KVO É DE 3 ML/H; QUANDO A TAXA DE INFUSÃO É MAIOR OU IGUAL A 1 ML/H, MAS MENOR QUE 10 ML/H, A TAXA DE KVO É DE 1 ML/H; QUANDO A TAXA DENIDA É MENOR QUE 1 ML/H, A TAXA KVO É IGUAL À TAXA DENIDA. FUNÇÃO DE PURGA PURGA MANUAL FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 600 ML/H • LIMPEZA AUTOMÁTICA FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 0; • PRECISÃO DA INFUSÃO DE PURGA: ± 5%. • NOTA 1: O VALOR PADRÃO É O QUANDO O DISPOSITIVO ESTÁ DENIDO COMO MODO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA; ANTES DA INICIALIZAÇÃO, É NECESSÁRIO DENIR A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA E O VTBI; • NOTA 2: QUANDO A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA DENIDA NÃO FOR MAIOR QUE A TAXA DE INFUSÃO, O DISPOSITIVO NÃO EXECUTARÁ A INFUSÃO DE PURGA E GERARÁ UM ALARME. ALARME DE OCLUSÃO: 12 NÍVEIS DISPONÍVEIS DO NÍVEL 1 AO NÍVEL 12; O PADRÃO É NÍVEL 8. OS LIMIARES DE PRESSÃO SÃO UNIFORMEMENTE ESPAÇADOS DE 13,3KPA A 120KPA. PRECISÃO DA PRESSÃO: ± 13,3KPA OU ± 25%, O QUE FOR MAIOR. HISTÓRICO = 2.000 UNIDADES. ALARMES: • NENHUMA OPERAÇÃO • QUASE CONCLUÍDA • IV SEM CALIBRAÇÃO • OCLUSÃO • BOLHAS • PORTA ABERTA • BRAÇADEIRA NÃO FECHADA • INFUSÃO COMPLETA • KVO COMPLETO • GOTEJAMENTO ANORMAL • TAXA ACIMA DO LIMITE • SEM BATERIA • BATERIA FRACA • BATERIA ESGOTADA • SEM ALIMENTAÇÃO CA • INTERRUPÇÃO DE ENERGIA • FALHA NO SISTEMA • TAXA DE INFUSÃO ANORMAL. COMUNICAÇÃO: RS485, WIFI. CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE II, TIPO CF, IP33. DIMENSÕES/PESO: 287\*168\*82 (MM); 2,1 KG. TEMPO DE EXECUÇÃO DA BATERIA: • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 2600MAH) É USADA PARA FORNECER TENSÃO AO DISPOSITIVO E O DISPOSITIVO FUNCIONA NA VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA, NORMALMENTE O TEMPO DE EXECUÇÃO NÃO SERÁ INFERIOR A 5H; • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 5200MAH) É USADA PARA FORNECE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUITÉRIA-CE



Autor	Marca/Modelo	Valor
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	CONTEC	16.017,00
BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS E MEDICOS LTDA	cmosdrake / YONAH	13.745,50
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BIOSENSOR / BSV2200	15.932,60
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MDK / MI23	16.017,50
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	SINO	16.017,50
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CMOS DRAKE / CMOS DRAKE	16.017,50
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LABORATORIOS LTDA EPP	CONTEC / SP750	16.016,00
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.	MDK / MI-23	16.000,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	MINDRAY / BENEVISION VP3	19.425,00
	cmos drake / cmos drake	24.026,25

**LOTE 4**

Item: 4      Quant.: 1      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 16.017,50

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO - MODO DE INJEÇÃO • MODO DE TAXA • MODO DE GOTEJAMENTO • MODO DE TEMPO • MODO DE PESO CORPORAL • MODO SEQUENCIAL • MODO DE MICRO • MODO GRADIENTE. NÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO 20 D/ML; 60 D/ML. PRECISÃO: ± 5% (± 3% PARA EQUIPOS CALIBRADOS). TAXA DE INFUSÃO E PASSO: 0,1 ML/H - 99,99 ML/H, PASSO: 0,01 ML/H; • 100,0 ML/H - 999,9 ML/H, PASSO: 0,1 ML/H; • 1000 ML/H - 1500 ML/H, PASSO: 1 ML/H; VOLUME 0,01 - 9999,99 ML; 0,01 ML DE INCREMENTO. TAXA KVO O MODO MANUAL E O MODO AUTOMÁTICO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO; O MODO PADRÃO É O MODO MANUAL. FAIXA DE CONGURAÇÃO NO MODO MANUAL: 0.1- 5.0ML/H; PADRÃO: 1.0ML/H NO MODO AUTOMÁTICO, QUANDO A TAXA DENIDA É MAIOR OU IGUAL A 10 ML/H, A TAXA KVO É DE 3 ML/H; QUANDO A TAXA DE INFUSÃO É MAIOR OU IGUAL A 1 ML/H, MAS MENOR QUE 10 ML/H, A TAXA DE KVO É DE 1 ML/H; QUANDO A TAXA DENIDA É MENOR QUE 1 ML/H, A TAXA KVO É IGUAL À TAXA DENIDA. FUNÇÃO DE PURGA PURGA MANUAL FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 600 ML/H • LIMPEZA AUTOMÁTICA FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 0; • PRECISÃO DA INFUSÃO DE PURGA: ± 5%. • NOTA 1: O VALOR PADRÃO É 0 QUANDO O DISPOSITIVO ESTÁ DENIDO COMO MODO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA; ANTES DA CIALIZAÇÃO, É NECESSÁRIO DENIR A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA E O VTBI; • NOTA 2: QUANDO A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA DENIDA NÃO FOR MAIOR QUE A TAXA DE INFUSÃO, O DISPOSITIVO NÃO EXECUTARÁ A INFUSÃO DE PURGA E GERARÁ UM ALARME. ALARME DE OCLUSÃO: 12 NÍVEIS DISPONÍVEIS DO NÍVEL 1 AO NÍVEL 12; O PADRÃO É NÍVEL 8. OS LIMIARES DE PRESSÃO SÃO UNIFORMEMENTE ESPAÇADOS DE 13,3KPA A 120KPA. PRECISÃO DA PRESSÃO: ± 13,3KPA OU ± 25%, O QUE FOR MAIOR. HISTÓRICO = 2.000 UNIDADES. ALARMES: • NENHUMA OPERAÇÃO • QUASE CONCLUÍDA • IV SEM CALIBRAÇÃO • OCLUSÃO • BOLHAS • PORTA ABERTA • BRAÇADEIRA NÃO FECHADA • INFUSÃO COMPLETA • KVO COMPLETO • GOTEJAMENTO ANORMAL • TAXA ACIMA DO LIMITE • SEM BATERIA • BATERIA FRACA • BATERIA ESGOTADA • SEM ALIMENTAÇÃO CA • INTERRUPTÃO DE ENERGIA • FALHA NO SISTEMA • TAXA DE INFUSÃO ANORMAL. COMUNICAÇÃO: RS485, WIFI. CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE II, TIPO CF, IP33. DIMENSÕES/PESO: 287\*168\*82 (MM); 2,1 KG. TEMPO DE EXECUÇÃO DA BATERIA: • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 2600MAH) É USADA PARA FORNECER TENSÃO AO DISPOSITIVO E O DISPOSITIVO FUNCIONA NA VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA, NORMALMENTE O TEMPO DE EXECUÇÃO NÃO SERÁ INFERIOR A 5H; • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 5200MAH) É USADA PARA FORNECE

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUIITÉRIA-CE**



<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	SINO	16.017,50
BH LABORATORIOS LTDA EPP	MDK / MI-23	16.000,00
ASSUM PRETO PRODU�OES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	CONTEC	16.017,00
NEWMED COMERCIO E SERVI�OS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	CONTEC / SP750	16.016,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BIOSENSOR / BSV2200	15.932,60
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	CMOS DRAKE / CMOS DRAKE	16.017,50
MSB COMERCIO E REPRESENTA�OES LTDA EPP	cmos drake / cmos drake	24.026,25
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	MDK / MI23	16.017,50

**LOTE 5**

**Item: 5**                      Quant.: 1                      Unidade: UNIDADE                      Val. Ref.: 483.750,00

Descri o: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL COM INSTALA O – GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQU NCIA. POT NCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENS O VARI VEL QUE ATENDA A FAIXA DE 40 KVA A 150 KV. CORRENTE VARI VEL NA FAIXA M NIMA DE 20MA A 800 MA OU MAIOR. TEMPO DE EXPOSI O M NIMO DE 1MS A 4S OU MAIOR. COM MAS VARI VEL NA FAIXA DE 0,1 MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR. TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MENOR QUE 1,2 MM;  NODO GIRAT RIO M NIMO 9.000 RPM; CAPACIDADE CAL RICA M NIMA DO  NODO DE 300 KHU. ESTATIVA PORTA TUBO CH O-TETO; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 300 CM; ROTA O DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGN TICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 100 LINHAS/POL, 8:1 OU 10:1; TAMPO FLUTUANTE COM DIMENS ES M NIMAS DE 220 X 80 CM, COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL M NIMO DE 60 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LATERAL, TRANSVERSAL, 20 CM APROXIMADAMENTE; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGN TICOS. CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO M NIMO 200 KG. BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO M NIMO 130 CM, APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGN TICO OU MEC NICO. MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 100 LINHAS/POL, DIST NCIA FOCAL ENTRE 100 CM E 180 CM; COM CRUZ DE LOCALIZA O/ CENTRALIZA O IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY. COLIMADOR AUTOM TICO OU MANUAL DE L MINAS PLANAS. FILTRA O INERENTE M NIMA DE 1,8MMAL. DETECTOR  NODO COM DIMENS O APROXIMADA ENTRE 35 X 43 CM, SEM FIOS COM CINTILADOR DE IODETO DE C SIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO M NIMO 2200 X 2600 PIXELS. PROFUNDIDADE DA IMAGEM P S-PROCESSADA DE NO M NIMO 14 BITS. TAMANHO M XIMO DO PIXEL DE 160 MICR METROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULA O, IMPRESS O E TRANSMISS O DAS IMAGENS DIGITAIS EM SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGU S PARA UM SISTEMA PACS, ATRAV S DE UMA ESTA O DE COMANDO, AQUISI O, REVIS O E MANIPULA O DE IMAGENS DIGITAIS. ESPECIFICA OES M NIMAS: CPU COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SUPERIOR OU EQUIVALENTE EM PERFORMANCE COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLU O COM NO M NIMO 21 POLEGADAS TOUCHSCREEN INTEGRADO PARA FUN OES DE GERADOR E IMAGEM; WINDOWS PROFESSIONAL EDITION, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISCO DE 1 TB; MEM RIA RAM DE 8GB OU MAIOR, IMAGENS RADIOGR FICAS EM FORMATO DICOM 3.0; DEVE POSSUIR: PROCESSAMENTO DE IM

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA  
SANTA QUITÉRIA-CE**



<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MARCA PROPRIA / HF800M	285.000,00
VMI TECNOLOGIAS LTDA	PRÓPRIA / APOLO D	483.750,00
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	CDK	483.750,00
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	Própria / AltusDR 14x17" + DryPro Sigma	480.000,00
CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	PRÓPRIA / DRX COMPASS - PISO	483.000,00
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	cdk / cdk	725.625,00
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	VMI	530.000,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	CDK / CARERAY / CARESTREAM / DIAFIX HF 800MA/CAREVIEW 1500CW/TRIMAX TX55	481.186,10

**LOTE 6**

**Item: 6**      Quant.: 2      Unidade: UNIDADE      Val. Ref.: 21.715,00

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETRO - PARÂMETRO BÁSICO: ECG, RESP, SPO2, FR, PNI, TEM  
 ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO MODO: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL TELA: LCD DE 12,1 " TFT ALARME:  
 3 NÍVEIS BATERIA: MAIS DE 2 HORAS EXIBIÇÃO DE FORMA DE ONDA: SIM TENDÊNCIAS: 96 HORAS  
 INTERFACE: RECURSO COMPATIVEL COM MONITORAMENTO CENTRAL, SUPORTA CONEXÃO SEM FIO E  
 COM FIO ANTI-INTERFERÊNCIA: SIM ANÁLISE DE ARRITMIA: SIM, 13 TIPOS ANÁLISE DE SEGMENTO ST: SIM  
 SPO2 DIGITAL BAIXA PERFUSÃO: SIM ALÇA DE TRANSPORTE: SIM MULTI-LINGUAGEM ALTA CAPACIDADE DE  
 BATERIA SISTEMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
MAGNA MÉDICA LTDA	SHENZHEN COMEN / STAR 8000E	21.700,00
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	EDAN / MONITOR MULTIPARÂMETRO	21.715,00
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	COMEM / STAR8000	21.714,00
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - EPP	BIOLIGHT	25.000,00
BH LABORATORIOS LTDA EPP	CMOS DRAKE / ISIAIAH	21.715,00
G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	NIHON KOHDEN / PVM-2703	21.700,00
CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	ALFAMED / VITA 1100	21.700,00
ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO EIRELI	COMEN	21.750,00
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	COMEN / COMEN	21.715,00
LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	COMEN MEDICAL / STAR8000F	21.599,90
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	COMEN / STAR8000F	21.700,00
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	COMEN / STAR800F ETCO2/PI	21.715,00
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	EMAI / MX - 600	21.715,00
EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	CREATIVE / K12	21.715,00

**DOCUMENTOS ANEXADOS**