

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITERIA-CE



ATA DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº PE01300522SE
Processo Administrativo Nº PE 01.300522 - SESA
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: CARLA MARIA OLIVEIRA TIMBÓ
Data de Publicação: 13/06/2022 09:30:03

LOTE 1 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:11
LOTE 1

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: KTK (TAKAOKA)	Modelo:
<p>Descrição: CARRO DE ANESTESIA - APARELHO DE ANESTESIA EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO PARA ATENDER PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. SENSOR ÚNICO E UNIVERSAL, SISTEMA DE ANESTESIA COMPLETO, MICROPROCESSADO PARA CIRURGIAS DE ALTA COMPLEXIDADE EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS, ADULTOS E OBESOS MÓRBIDOS. PARA SER UTILIZADO EM AMBIENTE DE EMERGÊNCIA, CENTRO DE PARTO E CIRÚRGICO, PARA PROCEDIMENTO DE ANESTESIA, COMPOSTO POR RACK, SISTEMA DE VENTILAÇÃO, MONITORAÇÃO E ACESSÓRIOS. CONSTRUÍDO EM GABINETE COM ESTRUTURA EM AÇO DE ALTO IMPACTO, COM PINTURA EPÓXI OU MATERIAL TECNICAMENTE COMPATÍVEL COM A FINALIDADE. BANDEJA SUPERIOR PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS DE MONITORIZAÇÃO EXTRAS, INTERFACE, DOTADO DE GAVETA E RODÍZIOS COM TRAVAS NAS RODAS DIANTEIRAS. PERMITIR TAMBÉM A UTILIZAÇÃO ATRAVÉS DE CILINDRO DE O2 E N2O, BLOCO DE FLUXOMÉTRIO TRANSPARENTE RETROILUMINADO COM ESCALA DE ALTO E BAIXO FLUXO PELO MENOS PARA OXIGÊNIO E ÓXIDO NITROSO OU DIGITAL. TUBULAÇÃO INTERNA DIFERENCIADA PARA CADA GÁS E SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA HIPÓXIA QUE GARANTA UMA MISTURA DE NO MÍNIMO 25% DE O2, FLUXO DE OXIGÊNIO DE NO MÍNIMO 35L/MIN. DEVE DISPOR DE BOTÃO DE OXIGÊNIO DIFERENTE DOS DEMAIS PARA UMA PRONTA IDENTIFICAÇÃO DESTES; ENTRADA DE O2, N2O E AR COMPRIMIDO DE ROSCA PADRÃO.FILTRO TOTALMENTE AUTOCLAVÁVEL (INCLUSIVE SENSORES DE FLUXO), CANISTER PARA ARMAZENAGEM DE CAL SODADA, SISTEMA DE EXAUSTÃO DE GASES, VENTILAÇÃO MANUAL E AJUSTE DE PRESSÃO DA VÁLVULA APL DE 5 A 70CMH2O. O APARELHO DEVE POSSUIR PISTÃO OU FOLE INTEGRADO AO CIRCUITO RESPIRATÓRIO, OPERANDO DE FORMA PASSIVA ASCENDENTE COM CAMPÂNULA GRADUADA.POSSIBILIDADE DE ACOPLAR O2 VAPORIZADORES CALIBRADOS, COM UTILIZAÇÃO SIMULTÂNEA E QUE OS O2 TENHAM LIGAÇÃO COM SISTEMA DE FLUXO DE GASES; DEVE POSSUIR UM SISTEMA DE SEGURANÇA PARA O AGENTE SELECIONADO.VENTILADOR PULMONAR COM TELA COLORIDA, QUE PERMITA VENTILAÇÃO MECÂNICA NOS SEGUINTE MODOS: VENTILAÇÃO CONTROLADA A VOLUME, VENTILAÇÃO CONTROLADA A PRESSÃO, VENTILAÇÃO INTERMITENTE MANDATÓRIA SINCRONIZADA, VENTILAÇÃO POR PRESSÃO DE SUPORTE, VENTILAÇÃO MANUAL/ESPONTÂNEA. ATENDENDO AOS SEGUINTE PARÂMETROS: VOLUME CORRENTE DE 20 A 1400ML, FREQUÊNCIA 5 A 70RPM, FLUXO RESPIRATÓRIO 5 A 100L/MIN, PRESSÃO SUPORTE 5 A 40, PEEP DE 5 A 20CMH2O PARA PACIENTES COM DISTÚRBIOS RESPIRATÓRIOS QUE NECESSITEM DE ALTOS VALORES DE PEEP, PAUSA INSPIRATÓRIA DE 5 A 50%, RELAÇÃO I:E DE 4:1 A 1:4, DISPARO POR FLUXO OU PRESSÃO PARA MELHOR SINCRONIA PAC</p>			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 119.600,00	Valor Total: 119.600,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	009	11.726.439/0001-12	191.350,00	119.600,00	Sim
2 NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	091	10.859.287/0001-63	191.349,00	119.999,00	Sim
3 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	061	10.462.477/0001-42	191.350,00	191.350,00	Sim
4 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	027	05.696.303/0001-04	287.025,00	287.025,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO,	024	20.782.880/0001-02	191.350,00	65.999,99	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	089	19.001.659/0001-90	191.300,00	81.200,00	Sim
V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS	099	31.531.928/0001-26	190.000,00	117.800,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA EPP	065	22.283.196/0001-01	191.350,00	118.000,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	060	20.008.831/0001-17	191.350,00	119.000,00	Sim

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITÉRIA-CE



INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO	002 08.675.394/0001-90	190.000,00	66.000,00	Não

LOTE 2 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:11
LOTE 2

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 2	Unidade: UNIDADE	Marca: NIHON KOHDEN	Modelo: TEC-5631
<p>Descrição: DESFIBRILADOR - 1 BOTÃO PARA ALTERNAR OS MODOS ENTRE DESFIBRILAÇÃO MANUAL, ESTIMULAÇÃO E DEA. 25 TIPOS DE SELEÇÃO DE ENERGIA. O LS PODE COMPLEMENTAR A SELEÇÃO DE ENERGIA, GARANTINDO TOTALMENTE O TEMPO DE RESGATE. 3 ETAPAS PARA COMPLEMENTAR A DESFIBRILAÇÃO OPERAÇÃO (SELEÇÃO DE ENERGIA - CARGA - DESCARGA). 1 BOTÃO PARA SELECIONAR A DESCARGA DE 12 DERIVAÇÕES INTERFACE DE MONITORIZAÇÃO. AS PÁS DE ELETRODO 2 EM L PODEM SER DIVIDIDAS EM ELETRODO GRANDE E ELETRODO PEQUENO PÁS PARA DESFIBRILAÇÃO DE ADULTOS E CRIANÇAS, RESPECTIVAMENTE. 1 PAR DE PÁS DE ELETRODOS PARA A OPERAÇÃO DE DESFIBRILAÇÃO. SELEÇÃO DE ENERGIA ATÉ 360J. PARA PACIENTES COM ALTOS LIMIARES DE DESFIBRILAÇÃO (POR EXEMPLO, INFARTO DO MIOCÁRDIO, OBESIDADE, ALTA IMPEDÂNCIA), UMA MAIOR SELEÇÃO DE ENERGIA INDICA MAIORES TAXAS DE SUCESSO DE DESFIBRILAÇÃO. COBRE UMA FAIXA DE IMPEDÂNCIA DE 20-250 Ω, ADEQUADO PARA VÁRIOS PACIENTES. MAIOR EFICIÊNCIA COM TECNOLOGIA AVANÇADA DE FORMA DE ONDA EXPONENCIAL BIFÁSICA TRUNCADA (BTE) E COMPENSAÇÃO AUTOMÁTICA DA IMPEDÂNCIA. INTENSIDADE DOS CHOQUES: MÍN: 1 J; MÁX: 360 J; 200 J</p>			
Quantidade: 2	Valor Unit.: 64.900,00	Valor Total: 129.800,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS	049 31.531.928/0001-26	65.000,00	64.900,00	Sim
2 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	016 05.696.303/0001-04	99.975,00	64.999,99	Sim
3 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	030 02.527.531/0001-62	66.000,00	66.000,00	Sim
4 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	050 10.462.477/0001-42	66.650,00	66.650,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO,	036 20.782.880/0001-02	60.000,00	20.090,00	Sim
INSTRAMED INDUSTRIA MEDICO HOSPITALAR LTDA	074 90.909.631/0001-10	66.650,00	20.092,50	Não
BH LABORATORIOS LTDA EPP	004 22.283.196/0001-01	66.650,00	23.300,00	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	080 19.001.659/0001-90	66.600,00	30.800,00	Sim
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	071 10.859.287/0001-63	133.299,00	31.920,00	Sim
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	009 26.383.168/0001-17	66.650,00	37.499,05	Sim
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	002 11.726.439/0001-12	66.650,00	48.700,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	059 20.008.831/0001-17	66.650,00	49.000,00	Sim
BHIOGRANO COMERCIO DE PRODUTOS	083 36.159.799/0001-00	59.820,00	59.820,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 3 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:12
LOTE 3

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITÉRIA-CE**

Item: 3 Unidade: UNIDADE Marca: cmos drake Modelo: cmos drake

Descrição: BOMBA DE INFUSÃO - MODO DE INJEÇÃO: • MODO DE TAXA • MODO DE GOTEJAMENTO • MODO DE TEMPO • MODO DE PESO CORPORAL • MODO SEQUENCIAL • MODO DE MICRO • MODO GRADIENTE. NÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO 20 D/ML; 60 D/ML. PRECISÃO: ± 5% (± 3% PARA EQUIPOS CALIBRADOS). TAXA DE INFUSÃO E PASSO: 0,1 ML/H - 99,99 ML/H, PASSO: 0,01 ML/H; • 100,0 ML/H - 999,9 ML/H, PASSO: 0,1 ML/H; • 1000 ML/H - 1500 ML/H, PASSO: 1 ML/H; VOLUME 0,01 - 9999,99 ML; 0,01 ML DE INCREMENTO. TAXA KVO O MODO MANUAL E O MODO AUTOMÁTICO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO; O MODO PADRÃO É O MODO MANUAL. FAIXA DE CONGURAÇÃO NO MODO MANUAL: 0.1- 5.0ML/H; PADRÃO: 1.0ML/H NO MODO AUTOMÁTICO, QUANDO A TAXA DENIDA É MAIOR OU IGUAL A 10 ML/H, A TAXA KVO É DE 3 ML/H; QUANDO A TAXA DE INFUSÃO É MAIOR OU IGUAL A 1 ML/H, MAS MENOR QUE 10 ML/H, A TAXA DE KVO É DE 1 ML/H; QUANDO A TAXA DENIDA É MENOR QUE 1 ML/H, A TAXA KVO É IGUAL À TAXA DENIDA. FUNÇÃO DE PURGA PURGA MANUAL FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 600 ML/H • LIMPEZA AUTOMÁTICA FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 0; • PRECISÃO DA INFUSÃO DE PURGA: ± 5%. • NOTA 1: O VALOR PADRÃO É 0 QUANDO O DISPOSITIVO ESTÁ DENIDO COMO MODO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA; ANTES DA INICIALIZAÇÃO, É NECESSÁRIO DENIR A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA E O VTBI; • NOTA 2: QUANDO A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA DENIDA NÃO FOR MAIOR QUE A TAXA DE INFUSÃO, O DISPOSITIVO NÃO EXECUTARÁ A INFUSÃO DE PURGA E GERARÁ UM ALARME. ALARME DE OCLUSÃO: 12 NÍVEIS DISPONÍVEIS DO NÍVEL 1 AO NÍVEL 12; O PADRÃO É NÍVEL 8. OS LIMIARES DE PRESSÃO SÃO UNIFORMEMENTE ESPAÇADOS DE 13,3KPA A 120KPA. PRECISÃO DA PRESSÃO: ± 13,3KPA OU ± 25%, O QUE FOR MAIOR. HISTÓRICO = 2.000 UNIDADES. ALARMES: • NENHUMA OPERAÇÃO • QUASE CONCLUÍDA • IV SEM CALIBRAÇÃO • OCLUSÃO • BOLHAS • PORTA ABERTA • BRAÇADEIRA NÃO FECHADA • INFUSÃO COMPLETA • KVO COMPLETO • GOTEJAMENTO ANORMAL • TAXA ACIMA DO LIMITE • SEM BATERIA • BATERIA FRACA • BATERIA ESGOTADA • SEM ALIMENTAÇÃO CA • INTERRUPTÃO DE ENERGIA • FALHA NO SISTEMA • TAXA DE INFUSÃO ANORMAL. COMUNICAÇÃO: RS485, WIFI. CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE II, TIPO CF, IP33. DIMENSÕES/PESO: 287*168*82 (MM); 2,1 KG. TEMPO DE EXECUÇÃO DA BATERIA: • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 2600MAH) É USADA PARA FORNECER TENSÃO AO DISPOSITIVO E O DISPOSITIVO FUNCIONA NA VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA, NORMALMENTE O TEMPO DE EXECUÇÃO NÃO SERÁ INFERIOR A 5H; • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 5200MAH) É USADA PARA FORNECE

Quantidade: 4 **Valor Unit.:** 13.745,00 **Valor Total:** 54.980,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	041	05.696.303/0001-04	24.026,25	13.745,00	Sim
2 BHIAGRANO COMERCIO DE PRODUTOS	055	36.159.799/0001-00	13.745,50	13.745,50	Sim
3 S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	045	11.726.439/0001-12	16.017,50	15.917,00	Sim
4 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	019	28.767.561/0001-30	15.932,60	15.932,60	Sim
5 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	020	10.462.477/0001-42	16.017,00	16.017,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
BH LABORATORIOS LTDA EPP	078	22.283.196/0001-01	16.000,00	5.400,00	Sim
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	083	10.859.287/0001-63	16.016,00	5.450,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	030	20.008.831/0001-17	16.017,50	6.900,00	Sim
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	023	26.383.168/0001-17	16.017,50	7.900,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
SAFE SUPORTE A VIDA E COMÉRCIO	093	08.675.394/0001-90	19.425,00	4.856,25	Não

**LOTE 4 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:12
LOTE 4**

VALORES UNITÁRIOS FINAIS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITÉRIA-CE

Item: 4	Unidade: UNIDADE	Marca: cmos drake	Modelo: cmos drake
Descrição: BOMBA DE INFUSÃO - MODO DE INJEÇÃO: • MODO DE TAXA • MODO DE GOTEJAMENTO • MODO DE TEMPO • MODO DE PESO CORPORAL • MODO SEQUENCIAL • MODO DE MICRO • MODO GRADIENTE. NÍVEIS DE ALIMENTAÇÃO 20 D/ML; 60 D/ML. PRECISÃO: ± 5% (± 3% PARA EQUIPOS CALIBRADOS). TAXA DE INFUSÃO E PASSO: 0,1 ML/H - 99,99 ML/H, PASSO: 0,01 ML/H; • 100,0 ML/H - 999,9 ML/H, PASSO: 0,1 ML/H; • 1000 ML/H - 1500 ML/H, PASSO: 1 ML/H; VOLUME 0,01 - 9999,99 ML; 0,01 ML DE INCREMENTO. TAXA KVO O MODO MANUAL E O MODO AUTOMÁTICO ESTÃO DISPONÍVEIS PARA SELEÇÃO; O MODO PADRÃO É O MODO MANUAL. FAIXA DE CONGURAÇÃO NO MODO MANUAL: 0.1- 5.0ML/H; PADRÃO: 1.0ML/H NO MODO AUTOMÁTICO, QUANDO A TAXA DENIDA É MAIOR OU IGUAL A 10 ML/H, A TAXA KVO É DE 3 ML/H; QUANDO A TAXA DE INFUSÃO É MAIOR OU IGUAL A 1 ML/H, MAS MENOR QUE 10 ML/H, A TAXA DE KVO É DE 1 ML/H; QUANDO A TAXA DENIDA É MENOR QUE 1 ML/H, A TAXA KVO É IGUAL À TAXA DENIDA. FUNÇÃO DE PURGA PURGA MANUAL FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 600 ML/H • LIMPEZA AUTOMÁTICA FAIXA DE TAXA: 5ML/H - 1500ML/H, PADRÃO: 0; • PRECISÃO DA INFUSÃO DE PURGA: ± 5%. • NOTA 1: O VALOR PADRÃO É 0 QUANDO O DISPOSITIVO ESTÁ DENIDO COMO MODO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA; ANTES DA INICIALIZAÇÃO, É NECESSÁRIO DENIR A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA E O VTBI; • NOTA 2: QUANDO A TAXA DE INFUSÃO DE PURGA DENIDA NÃO FOR MAIOR QUE A TAXA DE INFUSÃO, O DISPOSITIVO NÃO EXECUTARÁ A INFUSÃO DE PURGA E GERARÁ UM ALARME. ALARME DE OCLUSÃO: 12 NÍVEIS DISPONÍVEIS DO NÍVEL 1 AO NÍVEL 12; O PADRÃO É NÍVEL 8. OS LIMIARES DE PRESSÃO SÃO UNIFORMEMENTE ESPAÇADOS DE 13,3KPA A 120KPA. PRECISÃO DA PRESSÃO: ± 13,3KPA OU ± 25%, O QUE FOR MAIOR. HISTÓRICO = 2.000 UNIDADES. ALARMES: • NENHUMA OPERAÇÃO • QUASE CONCLUÍDA • IV SEM CALIBRAÇÃO • OCLUSÃO • BOLHAS • PORTA ABERTA • BRAÇADEIRA NÃO FECHADA • INFUSÃO COMPLETA • KVO COMPLETO • GOTEJAMENTO ANORMAL • TAXA ACIMA DO LIMITE • SEM BATERIA • BATERIA FRACA • BATERIA ESGOTADA • SEM ALIMENTAÇÃO CA • INTERRUPTÃO DE ENERGIA • FALHA NO SISTEMA • TAXA DE INFUSÃO ANORMAL. COMUNICAÇÃO: RS485, WIFI. CLASSE DE PROTEÇÃO: CLASSE II, TIPO CF, IP33. DIMENSÕES/PESO: 287*168*82 (MM); 2,1 KG. TEMPO DE EXECUÇÃO DA BATERIA: • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 2600MAH) É USADA PARA FORNECER TENSÃO AO DISPOSITIVO E O DISPOSITIVO FUNCIONA NA VELOCIDADE INTERMEDIÁRIA, NORMALMENTE O TEMPO DE EXECUÇÃO NÃO SERÁ INFERIOR A 5H; • QUANDO A FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTERNA (BATERIA DE LÍTIO DE 5200MAH) É USADA PARA FORNECE			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 13.745,00	Valor Total: 13.745,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	029	05.696.303/0001-04	24.026,25	13.745,00	Sim
2 S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	095	11.726.439/0001-12	16.017,50	15.917,00	Sim
3 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	013	28.767.561/0001-30	15.932,60	15.932,60	Sim
4 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	070	10.462.477/0001-42	16.017,00	16.017,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
BH LABORATORIOS LTDA EPP	073	22.283.196/0001-01	16.000,00	5.400,00	Sim
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	063	10.859.287/0001-63	16.016,00	5.450,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	028	20.008.831/0001-17	16.017,50	6.900,00	Sim
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	023	26.383.168/0001-17	16.017,50	14.200,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

LOTE 5 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:12
LOTE 5

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITÉRIA-CE



Item: 5 Unidade: UNIDADE Marca: PRÓPRIA Modelo: APOLO

Descrição: APARELHO DE RAIOS X - FIXO DIGITAL COM INSTALAÇÃO – GERADOR MICROPROCESSADO DE ALTA FREQUÊNCIA. POTÊNCIA DE PELO MENOS 50 KW. TENSÃO VARIÁVEL QUE ATENDA A FAIXA DE 40 KVA 150 KV. CORRENTE VARIÁVEL NA FAIXA MÍNIMA DE 20MA A 800 MA OU MAIOR. TEMPO DE EXPOSIÇÃO MÍNIMO DE 1MS A 4S OU MAIOR. COM MAS VARIÁVEL NA FAIXA DE 0,1 MAS OU MENOR A 500 MAS OU MAIOR. TUBO DE RAIOS-X, FOCO FINO DE 0.6MM E FOCO GROSSO IGUAL OU MENOR QUE 1,2 MM; ÂNGULO GIRATÓRIO MÍNIMO 9.000 RPM; CAPACIDADE CALÓRICA MÍNIMA DO ÂNGULO DE 300 KHU. ESTATIVA PORTA TUBO CHÃO-TETO; COLUNA COM DESLOCAMENTO LONGITUDINAL A PARTIR DE 300 CM; ROTAÇÃO DO TUBO SOBRE EIXO HORIZONTAL DE +/-90 GRAUS COM TRAVAS EM 0 GRAUS, +/- 90 GRAUS; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. MESA BUCKY COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 100 LINHAS/POL, 8:1 OU 10:1; TAMPO FLUTUANTE COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 220 X 80 CM, COM CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LONGITUDINAL MÍNIMO DE 60 CM E CURSO TOTAL DE DESLOCAMENTO LATERAL, TRANSVERSAL, 20 CM APROXIMADAMENTE; SISTEMA DE FREIOS ELETROMAGNÉTICOS. CAPACIDADE DE PESO SUPOSTADO PELA MESA DE NO MÍNIMO 200 KG. BUCKY MURAL DESLOCAMENTO VERTICAL DE NO MÍNIMO 130 CM, APROXIMADAMENTE, DOTADO DE SISTEMA DE FREIO ELETROMAGNÉTICO OU MECÂNICO. MURAL COM GRADE ANTIDIFUSORA DE PELO MENOS 100 LINHAS/POL, DISTÂNCIA FOCAL ENTRE 100 CM E 180 CM; COM CRUZ DE LOCALIZAÇÃO/ CENTRALIZAÇÃO IMPRESSA NO TAMPO DO BUCKY. COLIMADOR AUTOMÁTICO OU MANUAL DE LÂMINAS PLANAS. FILTRAÇÃO INERENTE MÍNIMA DE 1,8MMAL. DETECTOR PLANO COM DIMENSÃO APROXIMADA ENTRE 35 X 43 CM, SEM FIOS COM CINTILADOR DE IODETO DE CÉSIO, QUE POSSIBILITE EXAMES NA MESA, NO BUCKY MURAL OU FORA DA MESA, MACA E CADEIRA DE RODAS. MATRIZ ATIVA DE NO MÍNIMO 2200 X 2600 PIXELS. PROFUNDIDADE DA IMAGEM PÓS-PROCESSADA DE NO MÍNIMO 14 BITS. TAMANHO MÁXIMO DO PIXEL DE 160 MICRÔMETROS. O EQUIPAMENTO DEVE POSSIBILITAR MANIPULAÇÃO, IMPRESSÃO E TRANSMISSÃO DAS IMAGENS DIGITAIS EM SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGUÊS PARA UM SISTEMA PACS, ATRAVÉS DE UMA ESTAÇÃO DE COMANDO, AQUISIÇÃO, REVISÃO E MANIPULAÇÃO DE IMAGENS DIGITAIS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CPU COM PROCESSADOR INTEL I5 OU SUPERIOR OU EQUIVALENTE EM PERFORMANCE COM 01 MONITOR DE ALTA RESOLUÇÃO COM NO MÍNIMO 21 POLEGADAS TOUCHSCREEN INTEGRADO PARA FUNÇÕES DE GERADOR E IMAGEM; WINDOWS PROFESSIONAL EDITION, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM DISCO DE 1 TB; MEMÓRIA RAM DE 8GB OU MAIOR, IMAGENS RADIOGRÁFICAS EM FORMATO DICOM 3.0; DEVE POSSUIR: PROCESSAMENTO DE IM

Quantidade: 1 Valor Unit.: 390.000,00 Valor Total: 390.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 VMI TECNOLOGIAS LTDA	030 02.659.246/0001-03	483.750,00	390.000,00	Não
2 CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS	041 08.546.929/0003-94	483.000,00	405.600,00	Não
3 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	080 28.767.561/0001-30	481.186,10	472.899,99	Sim
4 MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP	063 05.696.303/0001-04	725.625,00	483.700,00	Sim
5 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	064 10.462.477/0001-42	483.750,00	483.750,00	Sim
6 S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	025 11.726.439/0001-12	530.000,00	530.000,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
LOTUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	022 02.799.882/0001-22	285.000,00	231.500,00	Não
KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL	047 71.256.283/0001-85	480.000,00	233.000,00	Não

INABILITADOS

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	---------------	----------------	--------------	----

LOTE 6 - HOMOLOGADO - 28/09/2022 16:23:12
LOTE 6

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 6 Unidade: UNIDADE Marca: CREATIVE Modelo: K12

Descrição: MONITOR MULTIPARÂMETRO - PARÂMETRO BÁSICO: ECG, RESP, SPO2, FR, PNI, TEM ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO MODO: ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL TELA: LCD DE 12,1 " TFT ALARME: 3 NÍVEIS BATERIA: MAIS DE 2 HORAS EXIBIÇÃO DE FORMA DE ONDA: SIM TENDÊNCIAS: 96 HORAS INTERFACE: RECURSO COMPATIVEL COM MONITORAMENTO CENTRAL SUPORTA CONEXÃO SEM FIO E COM FIO ANTI-INTERFERÊNCIA: SIM ANÁLISE DE ARRITMIA: SIM, 13 TIPOS ANÁLISE DE SEGMENTO ST: SIM SPO2 DIGITAL BAIXA PERFUSÃO: SIM ALÇA DE TRANSPORTE: SIM MULTI-LINGUAGEM ALTA CAPACIDADE DE BATERIA SISTEMA CENTRAL DE MONITORIZAÇÃO

Quantidade: 2 Valor Unit.: 12.900,00 Valor Total: 25.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA QUITERIA
SANTA QUITÉRIA-CE

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
1 EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS	024	38.408.899/0001-59	21.715,00	12.900,00	Sim
2 V. G. ROCHA COMERCIO DE MATERIAIS	042	31.531.928/0001-26	21.700,00	21.300,00	Sim
3 LK MEDICAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	019	28.767.561/0001-30	21.599,90	21.599,90	Sim
4 CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA - ME	072	02.527.531/0001-62	21.700,00	21.700,00	Sim
5 HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	004	30.749.060/0001-72	21.715,00	21.715,00	Sim
6 ASSUM PRETO PRODUÇÕES CULTURAIS E	036	10.462.477/0001-42	21.750,00	21.750,00	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
MAGNA MÉDICA LTDA	088	05.922.811/0001-63	21.700,00	8.600,00	Sim
NEWMED COMERCIO E SERVIÇOS DE	060	10.859.287/0001-63	21.714,00	8.600,00	Sim
PROSAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI	089	26.383.168/0001-17	21.715,00	11.522,43	Sim
NORDESTE MEDICAL, REPRESENTAÇÃO,	090	20.782.880/0001-02	21.715,00	14.299,99	Sim
DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	048	19.001.659/0001-90	21.700,00	16.500,00	Sim
VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	084	20.008.831/0001-17	21.715,00	16.900,00	Sim
S & A COMERCIO VAREJISTA EQUIPAMENTOS	063	11.726.439/0001-12	25.000,00	18.970,00	Sim
BH LABORATORIOS LTDA EPP	028	22.283.196/0001-01	21.715,00	18.990,00	Sim

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	----

AUTORIDADE: FRANCISCO IGOR VALE DO NASCIMENTO